

Masłówice, dnia 06 grudnia 2022 r.

Znak sprawy: UG.IOŚ.271.2.25.2022

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: **Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach konkursu „Rosnąca odporność”**

A. Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Zapytania Ofertowego, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 02 grudnia 2022 r.:

#### **Pytanie nr 1**

Dotyczące załącznika nr 1 do SWZ Aparat USG

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta fabrycznie nowy, nie powystawowe ani demonstracyjne rok produkcji 2022, który posiada kolorowy Doppler, podstawę jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch kół?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta fabrycznie nowy, nie powystawowe ani demonstracyjne rok produkcji 2022, który posiada kolorowy Doppler, podstawę jezdną z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania dwóch kół.*

#### **Pytanie nr 2**

Dotyczące załącznika 1 do SWZ Aparat US , Dane techniczne.

Czy Zamawiający w myśl dobrze pojętego interesu Przychodni i Pacjentów, dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który ma monitor płaski LCD 21.5", o rozdzielczości 1920x1080?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który ma monitor płaski LCD 21.5" , o rozdzielczości 1920x1080.*

#### **Pytanie nr 3**

Dotyczące załącznika 1 do SWZ Aparat USG, Dane techniczne.

Czy Zamawiający w myśl dobrze pojętego interesu Przychodni i Pacjentów, dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który znacznie przewyższa wymagany parametr i posiada od 1 do 8 stref ogniskowania jednocześnie?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który znacznie przewyższa wymagany parametr i posiada od 1 do 8 stref ogniskowania jednocześnie.*

**Pytanie nr 4**

Dotyczące załącznika nr 1 do SWZ Aparat USG, Konstrukcja

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który posiada regulację głębokości od min. 1 do 40 cm i możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% pełnego ekranu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który posiada regulację głębokości od min. 1 do 40 cm i możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na min. 80% pełnego ekranu.*

**Pytanie nr 5**

Dotyczące załącznika nr 1 do SWZ Aparat USG, Funkcje użytkowe.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który posiada głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 4,0 – 12 MHz ,  
liczbie elementó w min. 250?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który posiada głowicę liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 4,0 – 12 MHz ,  
liczbie elementó w min. 250.*

**Pytanie nr 6**

Dotyczące załącznika nr 1 do SWZ Aparat USG, Funkcje użytkowe

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który posiada głowicę convex szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 6 MHz , liczbie elementó w min. 360?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza do procedury przetargowej wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta aparatury medycznej, który posiada głowicę convex szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy min. 2,0 – 6 MHz , liczbie elementó w min. 360.*

**Zestaw pytań z dnia 02.12.2022 r. (data wpływu: 05.12.2022 r.)**

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu aparatu EKG? Pozwoli to na uzyskanie ofert bardziej konkurencyjnych, a tym samym bardziej atrakcyjnych cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

### **Pytanie nr 2**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG w przekątnej ekranu 5,7”?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG w przekątnej ekranu 5,7”*

### **Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuści aparat EKG bez modułu pulsoksymetrycznego?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza aparatu EKG bez modułu pulsoksymetrycznego*

### **Pytanie nr 4**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z zapisem wstecznym wyłącznie w trybie automatycznym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG z zapisem wstecznym wyłącznie w trybie automatycznym*

### **Pytanie nr 5**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z pamięcią do 999 pacjentów i 250 badań, ale z poziomu dołączonego oprogramowania bez limitów?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG z pamięcią do 999 pacjentów i 250 badań, ale z poziomu dołączonego oprogramowania bez limitów*

### **Pytanie nr 6**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, w którym przeglądanie zapisanych badań z możliwością zmiany odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości jest możliwe za pomocą dołączonego oprogramowania komputerowego, a z poziomu aparatu przeglądanie ze zmianą odprowadzeń i wzmocnienia, ale bez prędkości?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza*

### **Pytanie nr 7**

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z realizacją zleceń HL7 z poziomu dołączonego oprogramowania?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG z realizacji zleceń HL7 z poziomu dołączonego oprogramowania*

### Pytanie nr 8

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, w którym w trybie automatycznym regulowana długość zapisu, zaczyna się od 10 sekund i jest opcja regulacji zapisu co 10 sekund, aż do 80 sekund badania, a w trybie ręcznym bez regulacji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie dopuszcza*

### Pytanie nr 9

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, w którym w trybie pracy akumulatorowej jest 100 wydruków lub 120 minut stałego użycia?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG, w którym w trybie pracy akumulatorowej jest 100 wydruków lub 120 minut stałego użycia*

### Pytanie nr 10

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, który ma funkcję zapisu badania w pamięci USB w formacie PDF z poziomu załączonego oprogramowania do komputera?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG, który ma funkcję zapisu badania w pamięci USB w formacie PDF z poziomu załączonego oprogramowania do komputera*

### Pytanie nr 11

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG, w którym jest 1 port USB do podłączenia komputera/drukarki?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza wysokiej klasy aparat EKG, w którym jest 1 port USB do podłączenia komputera/drukarki*

### Pytanie nr 12

Czy zamawiający wymaga aparatu EKG, w którym rolka papieru termicznego jest o szerokości 112mm?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający wymaga aparatu EKG, w którym rolka papieru termicznego jest o szerokości 112 mm*

**B. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 Zapytania ofertowego, a mianowicie:**

<b>w rozdziale 7 pkt. 7.1 Zapytania ofertowego <u>przed zmianą jest:</u></b>
--

Termin składania ofert: **07.12.2022 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 7 pkt. 7.1. Zapytania ofertowego po zmianie jest:**

Termin składania ofert: **12.12.2022 r., godz. 10:00.**

**w rozdziale 7 pkt. 7.3 Zapytania ofertowego przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: **07.12.2022 r., godz. 10:10.**

**w rozdziale 7 pkt. 7.3. Zapytania ofertowego po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: **12.12.2022 r., godz. 10:10.**

- C. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- D. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.**

Bogusław Gontkowski  
Wójt Gminy Małowice

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)