

Masłowice, dnia 09 grudnia 2022 r.

Znak sprawy: UG.IOŚ.271.2.25.2022

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: **Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach konkursu „Rosnąca odporność”**

A. Zamawiający, przekazuje treść zapytań dotyczących treści Zapytania Ofertowego, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 02.12.2022 r. (data wpływu: 05.12.2022 r.)

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu aparatu EKG? Pozwoli to na uzyskanie ofert bardziej konkurencyjnych, a tym samym bardziej atrakcyjnych cenowo.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu aparatu EKG*

Zestaw pytań z dnia 09 grudnia 2022 r.:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści głowice ultradźwiękowe:

- a) głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 5,0-13,4 MHz, Liczba elementów min. 128,
- b) głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 2,0-6,0 MHz, Liczba elementów min. 128?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

*Zamawiający dopuszcza głowice ultradźwiękowe*

- a) głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy 5,0-13,4 MHz, Liczba elementów min. 128,*
- b) głowicą convex o zakresie częstotliwości pracy 2,0-6,0 MHz, Liczba elementów min. 128?*

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści dynamikę systemu w zakresie 0-166 dB?

Odpowiedź Zamawiającego:

**Zamawiający dopuszcza dynamikę systemu w zakresie 0-166 dB**

**B. Zamawiający: Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice dokonuje zmiany Projektu umowy – Załącznik Nr 2 do SWZ, a mianowicie:**

**w § 9 ust. 1 Projektu umowy przed zmianą jest:**

Dostawca udziela gwarancji: *na następujące pozycje w formularzu cenowym nr: nr 1 (aparat EKG), 2 (aparat USG) - ..... miesięcy; licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.*

**w § 9 ust. 1 Projektu umowy po zmianie jest:**

*Dostawca udziela gwarancji minimum 24 miesiące; licząc od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy*

**C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert. Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 7 Zapytania ofertowego, a mianowicie:**

**w rozdziale 7 pkt. 7.1 Zapytania ofertowego przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 12.12.2022 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 7 pkt. 7.1. Zapytania ofertowego po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 14.12.2022 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 7 pkt. 7.3 Zapytania ofertowego przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 12.12.2022 r., godz. 10:10.

**w rozdziale 7 pkt. 7.3. Zapytania ofertowego po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 14.12.2022 r., godz. 10:10.

- D. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.**
- F. W załączeniu:**
- 1) Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Projekt umowy**

.....  
*(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*