

Znak postępowania: UG.IOŚ.271.14.2022

- do wszystkich Wykonawców -

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach konkursu „Rosnąca odporność”**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie z dnia 14.06.2022 r.:**

**Pytanie nr 1 Cz. 2 Aparat do masażu uciskowego (1 szt.):**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- 21 zaprogramowanych programów do sekwencyjnego masażu i regulacja wszystkich parametrów masażu.

Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat o w/w parametrach***

**Pytanie nr 2, cz. 2 Aparat do terapii falą uderzeniową (1 szt.)**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat o poniższych parametrach:

- Gęstość mocy maks. 0,82 mJ/mm<sup>2</sup>
- Tryb emisji fal uderzeniowych: pojedynczy, ciągły, burst, interwałowy
- Wymiary aparatu: 36,1x30,4x15,1 cm

Pozostałe parametry bez zmian

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat o w/w parametrach***

**Pytanie nr 3, cz. 2 Super indukcyjna stymulacja (1 szt.)**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania jako równoważny lub lepszy aparat o poniższych parametrach:

- urządzenie do głębokiej stymulacji elektromagnetycznej
- 2 kanały
- dwa aplikatory o średnicach: 16 cm i 11,5 cm
- uchwyt na mały aplikator
- wysięgnik na duży aplikator
- 8" kolorowy ekran dotykowy
- indukcja magnetyczna 3 Tesle
- czas zabiegu 1-60 min
- maksymalna częstotliwość 1 – 100 Hz
- 20 programów automatycznych
- 20 programów manulanych
- 20 programów użytkownika
- wymiary max. 54x50x107x-173 (z uchwytem)
- waga: 60 kg
- kółka transportowe
- zasilanie: 220-230V, 50-60 Hz

- możliwość doposażenia w fotel do zabiegów uroginekologicznych

**Odpowiedź:**

***Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat o w/w parametrach***

**Pytanie z dnia 15.06.2022 r.:**

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o informację, w jakie głowice ma być wyposażony aparat USG. W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się tylko ogólna informacja odnośnie badań jakie mają być wykonywane przy użyciu aparatu USG, ilość i rodzaj głowic do aparatu ma duży wpływ na wycenę opisanego sprzętu medycznego.

**Odpowiedź:**

***Aparat USG powinien być wyposażony w następujące głowice:***

***a) głowica do badań jamy brzusznej – convex o zakresie częstotliwości od 1-6 MHz***

***b) głowica liniowa o zakresie częstotliwości od 2-14 MHz***

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:**

Termin składania ofert: 20.06.2022 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:**

Termin składania ofert: 22.06.2022 r., godz. 10:00.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:**

Termin otwarcia ofert: 20.06.2022 r., godz. 10:30.

**w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:**

Termin otwarcia ofert: 22.06.2022 r., godz. 10:30.

- D. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 19.07.2022 r.**

**w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:**

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 21.07.2022 r.**

- E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00204996/1 z dnia 10.06.2022 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 15.06.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP00211771/01

**F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

**G. W załączeniu:**

*1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.*

.....  
*(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)*