

Znak postępowania: UG.IOŚ.271.14.2022

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. **Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach konkursu „Rosnąca odporność”**

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 15.06.2022 r.:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuści aparat USG z głowicą convex 2,5-5,4 i liniową 8,0-13,4 MHz? Zgodnie z wiedzą otrzymaną od producenta opisanego aparatu USG wymienionego w odpowiedziach na zapytania głowice nie istnieją.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat USG z głowicą convex 2,5 -5,4 i liniową 8,0-13,4 MHz

Pytanie z dnia 17.06.2022 r.:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat USG spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego z głowicą convex pracującą w zakresie częstotliwości od 2-6,8 MHz oraz głowicą liniową pracującą w zakresie częstotliwości 4-15 MHz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści aparat USG z głowicą convex pracującą w zakresie częstotliwości od 2 -6,8 oraz głowicą liniową pracująca w zakresie częstotliwości 4-15 MHz.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.

- C. W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 22.06.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: 24.06.2022 r., godz. 10:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 22.06.2022 r., godz. 10:30.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: 24.06.2022 r., godz. 10:30.

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 21.07.2022 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23.07.2022 r.

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00204996/1 z dnia 10.06.2022 oraz zmiany terminów w postępowania zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 21.06.2022 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia pod numerem 2022/BZP00217326/01

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

G. W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)